

## İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC'den üretilmiş ve 2000ml kapasiteli olmalı.
2. Torba 50 ini aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve torba içindeki idrar miktarını doğru ölçmeli, eksik veya fazla göstermemeli.
3. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı.
4. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı.
5. İdrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırılmamalı, patlamamalı.
6. Torbanin üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbasi askılarma takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına aşkıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemeli.
7. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı.
8. Hortumun sondaya takılan ucunda konik konnektör bulunmalı.
9. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmeli kendiliğinden çıkmamalı.
10. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmali ve sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırılmamalı.
11. Torba ve hortum u şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı, idrari boyamamalı.
12. Hastaların yatarken yatak kenarına asılan torbanın çekilmesini, gerilmesini önlemek için hortum uzunluğu en az 75 cm olmalı.
13. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı.
14. Her 100 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanma asılımaya uygun metal idrar torbasi askısı ücretsiz olarak verilmelidir.
15. Steril tekli paketler halinde olmalı, paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo tesliminden itibaren en az iki yıl kullanma ömrü olmalı.
16. Ürünün CE belgesi olma" ve CE'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
17. UTS Kaydi olmalıdır.
18. 5 adet numune verilmelidir.
19. 2 adet numune sahit numune olarak değerlendirilecektir

Ferya Karadağ YALÇIN  
Sağlık Hizmetleri Müdürü