

İTİLEBİLİR COIL (PUSHABLE COIL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Mikrokater içinden özel iticisi ile itilerek bırakılabilen 0.018 inç çapında mikrosarmallardır.
- 2- Platinden yapılmış ve vasküler embolizasyon amacıyla geliştirilmiş olmalı.
- 3- Serbest kaldıklarında coil yapısı almalı .
- 4- Trombojenik özelliği arttırmak için fibrilli olmalıdır.
- 5- İhaleyi kazanan firma sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki malzemeyi istenilen ölçüdeki malzemeyle degistirmeyi kabul etmelidir.
- 6- Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmeli ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 7- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 8- Firma miadi dolan ürünü yeni ürünle degistirmeyi kabul etmiş sayılır.
- 9- Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 10-Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 11-Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

DR. ÖZGE ÜYESİ FATİH DÜZGÜN
C. B. L. Radyoloji A. D.
Diy. No: 10884
Uzm. No: 119584