

İDRAR TORBASİ PEDİATRİK KIZ ŞARTNAMESİ

1. Torba PE, PVC vb. termoplastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. 100 cc hacminde olmalıdır.
3. 10 cc'lik sıkalalar bulunmalı
4. Genital bölgeye yapıştırılacak bant anti allerjik ve kendiliğinden yapışkanlı olmalı
5. Bebek idrar torbasının yapışma özelliği iyi olacaktır.
6. Yapışması yeterli olmayan veya hiç yapışmayan torbalar değerlendirilmeye alınmayacaktır
7. Genital bölgeye yapıştırma kısmı kız çocuklar için oval şekilde delinmiş olmalıdır.
8. Sızdırmaz ve şeffaf olmalıdır.
9. Torbalar tek tek ambaljanmış olmalıdır.
10. Steril beyan edilen ürün, uygun bir metotla steril edilmiş olmalıdır.
11. En az 5 adet numune gönderilecek
12. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
13. Ürünün mutlaka UBB kaydı olmalıdır

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA

