

İLK GİRİŞİM SETİ, MİKRO VASCULAR

1. 0,018 platinyum ucu yumuşak ,sert şaftlı kılavuz tel 4F ve 5Fdilatörden oluşan koaksiyel 0,018 teli rahat takip edebilip dilatörün uç kısmı eksizyon yapmaksızın geçişe uygun bir sistem olmaktadır.
- 2.Bir mikro tek duvar fonksiyon iğnesi bulunup pedatrik hastalar için 21 gauge 4 cm ,erişkin için 21 gauge 7 cm boyutlarında olmaktadır.
- 3.Küçük dilatör çekildiğinde 4 F dilatörün içi 0,035 inch kılavuz tel kabul edebilecek lümene sahip olmaktadır.
- 4.Özellikle skarlı,daha önce anjiyografi yapılmış arterlerden ve çocuk hastalarda ince damarlardan girilirken yüksek performans göstermektedir.
- 5.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmektedir.
- 7.Kılavuz tel platin uçlu paslanmaz çelik yadanitinol olmaktadır.
- 8.4F yada 5F seçenekleri olmaktadır.
- 9.Dilatör 10 cm uzunluğunda olmaktadır.
- 10.İçeriğindeki her ürün ayrı olarak paketlenmiş olmaktadır.
- 11.Firma malzemelerin miyadının dolmasına 3(üç)ay kala malzemeleri yenisiyle değiştirmeyi taahhüt etmektedir.
- 12.Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 13.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 14.Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

Prof. Dr. Serdar TARHAN
C.E.Ü. Radyoloji A.D.
T.C. Kimlik No : E0887
T.C. Meslek No : 36932
T.C. Meslek No : 35271