


İLK GİRİŞİM SETİ, MİKRO VASCULAR

1. 0,018 platinyum ucu yumuşak ,sert şaftlı kılavuz tel 4F ve 5Fdilatörden oluşan koaksiyel 0,018 teli rahat takip edebilip dilatörün uç kısmı eksizyon yapmaksızın geçişe uygun bir sistem olmaktadır.
- 2.Bir mikro tek duvar fonksiyon iğnesi bulunup pedatrik hastalar için 21 gauge 4 cm ,erişkin için 21 gauge 7 cm boyutlarında olmaktadır.
- 3.Küçük dilatör çekildiğinde 4 F dilatörün içi 0,035 inch kılavuz tel kabul edebilecek lümene sahip olmaktadır.
- 4.Özellikle skarlı,daha önce anjiyografi yapılmış arterlerden ve çocuk hastalarda ince damarlardan girilirken yüksek performans göstermektedir.
- 5.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmektedir.
- 6.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmaktadır.
- 7.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 (iki)yıl miadlı olmaktadır.
- 8.Kılavuz tel platin uçlu paslanmaz çelik yadanitinol olmaktadır.
- 9.4F yada 5F seçenekleri olmaktadır.
- 10.Dilatör 10 cm uzunluğunda olmaktadır.
- 11.İçeriğindeki her ürün ayrı olarak paketlenmiş olmaktadır.
- 12.Firma malzemelerin miyadının dolmasına 3(üç)ay kala malzemeleri yenisiyle değiştirmeyi taahhüt etmektedir.


Prof.Dr. Serdar KARHAN
C.B.Ü. Radyolojik A.D.
Diy.No.E0887 Şip.Tes.No.36932
Uzm.Tes.No.36271