



MALZEME İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ : 21.01.2021		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Ahm					ONAY	
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK SAYISI: 1		Var	Yok	Miktarı	ESKİ Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	DEĞİLDİR UYGUN
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşıklık kullanımı süresi	İstek Nedeni									
1	EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI	3	5 X 5 CM	ACİL..... (ay)	DEPODA YOK				1880 TL	04/08/2015	TV 5795	1880 TL		
2	EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI	3	5 X 10 CM		DEPODA YOK				2450 TL	04/08/2015	TV 5796	2450 TL		
				 (ay)										
				 (ay)										
				 (ay)										
İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi								

..... / / 2020
Prof.Dr.SEYHUN KÜRŞAT

Başhekim

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU TV 5795 ve 5796

1. Ürün fiziksel yapı olarak örgüsel ağ şeklinde, biyolojik olarak ise tamamen emilebilir yapıda olmalıdır.
2. Ürün kontrollü Hyaluranon salınımı gerçekleştirecek biomoleküler içeriğe sahip olmalı ve böylece doku içerisinde uzun süreli (16 hafta süresince) Hyalüronik asit oluşumu sağlamalıdır.
3. Kemik defektlerinde ve parçalı kırık olgularında, periost (kemik zarı) kaybının olduğu vakalarda kullanılabilmesi ,tümör vb sebeplerle kemik kaybı olgularında, osteosentez gerekli olgularda da kullanılabilmelidir.
4. Ürün tek parçalı kırık stabilizasyonu tedavisinde ve psüdoartroz tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürün tendon ve sinir yaralanmalarında kullanılabilmesi ve fibröz doku oluşumunu engellemelidir.
6. Lezyon yapısına uygun olmalı , lezyon şekline göre kesilip suture edilebilmelidir.
7. Ürün çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
8. Ürün defekt üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün 0.3mm kalınlığında olmalıdır.
11. Ürün CE işaretli olmalıdır.
12. Ürün ölçüleri:

5cmx5cm: TV 5795 olmalıdır.

5cmx10cm: TV 5796 olmalıdır.