NONKOMPLİANT BALON (KR1095)

1- Balonun giriş profili 2mm'lik balon icin 0.018 inch'i , geçiş profili 0.024inçi gecmemelidir. Sonraki her 0.25mm'lik balon cap artisi icin bu gecis profili 0.001 inch'ten daha fazla artmamalidir.

2-Nominal sisme basinci 10atm, balonun patlama basinci ise 18atmosferi gecmemelidir.

3-Balon caplari 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.5mm ve 5.00mm çaplar arasında mevcut olmalıdır. Uzunluklari 6,9,10,12,15, +-2mm olmalıdır.

4-Yukarıda belirtilen ölçülerdeki balonlar teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra balonların kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki balon teslim alınacaktır. Bu durum son balonun kullanıldığı güne kadar devam edecek, son balon kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaca fazladan verilmiş balonlar iade edilecektir.

5- Balon hidrofilik malzeme ile kaplanmış olmalı

6- Proksimal şaft 2.0 French, distal çap (2.0 ve 3.75 arası çaplar için) 2.6 French olmalıdır. 4.0 ve 5.00 arasındaki balonlar için 2.7 Frech'i geçmemelidir.

7- Balon 2.0-4.0mm çapları arasında 3 fold yapıda katlanmış olmalı, 4.0 ve 5.00mm arasındaki ölçülerde 5 fold yapısında olmalıdır.

8.Teklif veren firma teklif ettiği ürünün UTS kaydını belgelendirmelidir.

Prof.Dr. Kalp Hastalıkları Uzman
3867 - 37235

Scanned by CamScanner