


ESWL CİHAZI WATER CUSHION (SU YASTIĞI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün Orjinal Latex Malzemeden Üretilmiş Olmalıdır.
- 2- Farmakolojik Testleri Yapılmış Olmalıdır.
- 3- Şok Dalgası İletimini Maksimum Düzeyde Sağlamalıdır.
- 4- Hastalarda Alerji Vb. Hastalıklara Sebebiyet Vermemelidir.
- 5- Kapalı Steril Baskı Sistemlerinden Çıkmış Olmalıdır, Tahliye Kanalı Kapalı İmal Edilmelidir. Kullanım Esnasında Kesilerek Açılmalıdır.
- 6- Kullanım Ömrü Uzun Ve Dezenfekte Edilebilir Özellikte Olmalıdır.
- 7- Tedarikçi Firmanın Lithotripsy (Eswl Cihazları) İçin Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi Olmalıdır.
- 8- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Aranacaktır.
- 9- Teklif Veren Firmalar Ve Ürünleri Sağlık Bakanlığı Tıbbi Bilgi Bankasına Kayıtlı – Onaylı Olmalıdır.

ESWL CİHAZI O-RİNG ŞARTNAMESİ

- 1- Latex malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Çanak çapına uyumlu esneme ölçülerine sahip olmalıdır, kolay geçirilebilmelidir.
- 3- Sarf malzemelere zarar vermemelidir.
- 4- Teklif veren firmaların Lithotripsy (ESWL Cihazları) için geçerli olan TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 5- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranacaktır.
- 6- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


Prof. Dr. Talha MÖZZİNOĞLU
C.B.U. F. Üroloji A.D.
Dış. Tesc. No: 67294
Tesc. No: 142312