

SEMİKOMPLİANT BALON DİLATASYON KATATERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (KR1123)

1. Balon kateteri semi-compliant, ince profilli özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017" lezyon geçiş profili 0.021" olmalıdır.
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı artırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm şaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

NC BALON DİLATASYON KATATERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (KR1095)

1. Balon Non-compliant özelliğe sahip olmalıdır.
2. Balon katateri distal shaft kalınlığı proksimalde en çok 2.2 Fr., distalde ise en çok 2.5 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon katateri lezyon giriş profili en çok 0.018" lezyon geçiş profili 0.027" olmalıdır.
4. Balonun ucu damar hasarını azaltmak amacıyla orta yumuşaklıkta olup uc uzunluğu en fazla 3.75mm olmalıdır.
5. Hızlı şişip söndürülebilmesi için açılmamış balon kendi üzerine katlanmış 3 kanatlı yapıda olmalı ve 3.0 mm çaplı balon için şişme süresi 1, indirme süresi en fazla 7sn olmalıdır.
6. NC Balon katateri 1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
7. Balon katateri üzerinde bütün uzunluk ve çaplar için bir çift radiopak fleksibl TUNGSTEN marker bulunmalı ve markerların genişliği en fazla 1.1 mm olmalıdır.
8. Balon katateri nominal basıncı 12 atm, rated burst basıncı en az 18 atm olmalıdır.
9. Balon katateri 143 cm shaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

9