

İNCE PROFİLLİ BALON DİLATASYON KATATERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ KR 1123

1. Balon kateteri semi-compliant özelliğinde olmalıdır.
2. Balon kateteri şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.017" lezyon geçiş profili 0.021" olmalıdır.
4. Lezyondan geçişin rahat sağlanabilmesi için balon kateteri dayanıklılığı artırılmış çift katlı özel malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. İnce profilli balon kateteri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.5mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5fr. guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon kateteri üzerinde 1.20 ve 1.50 mm çap ve 6mm uzunluk için tek diğer bütün uzunluk ve çaplar için çift fleksibl TUNGSTEN radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
8. Balon kateteri 145 cm şaft uzunluğuna sahip olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Kemal ULCER
Kalo Hastalıkları Uzmanı
28.5.2018 17:35