

PTCA Mikrokateter Tek Lümenli

Teknik özellikler SUT Kodu 1134

1. Anjioplasti vakalarında kılavuz uzatma kateteri olarak kompleks ve ulaşılması zor lezyonların tedavisinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır
2. Paslanmaz çelik hipotup ile olağanustu itilebilirlik ve bukulme direnci sağlamalıdır
3. Kateterin dış yüzeyi hidrofilik kaplı olmalıdır. Böylece sürtünmeyi azaltarak kompleks anatomilerde lezyona ulaşabilirlik sağlamalıdır.
4. 1x1 tel orgu gövde ile damarı aşırı derece germeden ekstra yedek sağlamalıdır.
5. 0.057 "(1.45 mm) iç çapa sahip olmalıdır
6. 0.066 "(1.68 mm) Dış çapa sahip olmalıdır

Prof. Dr. Ali Rıza BİÇGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235