

KARDİYOLOJİ AD
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER

- Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.
- Malzemeler tek tek steril paketlerde orijinal ambalajlanmış olmalı, paketler üzerinde üretici firma ile ithalatçı firmaların ad ve adresi, ürünün katalog ve lot nosu, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Ürünlerin miyadı teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
- Firmalar ihaleye hangi marka malzeme ile katılacağını bildirmelidir.
- Fiyat tekliflerinde 2018 yılı Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları dikkate alınmalıdır.
- Ürünler CE, FDA, TUV belgelerinden birine sahip olmalıdır.
- Firmalar yeterlilik değerlendirmesi sırasında birer adet numuneyi uygunluk yönünden değerlendirilmesi amacıyla ihale komisyonuna (Kardiyoloji AD Teknik Komisyonu) ihaleden iki hafta önce teslim etmelidir.
- İhale tarihinden iki hafta önce her bir ürüne ait ikişer adet numune temin edilecek, tutanak karşılığında Kardiyoloji AD anjiyografi laboratuvarına teslim edilecektir. Ürünlerin şartnameye uygunluğu denetlenecek ve teknik komisyonca malzemeleri uygun bulunan firmalar ihaleye katılabilecekler ve bunların arasından en düşük fiyatı teklif eden firmanın ürünleri tercih edilecektir.
- İhaleyi kazanan firma teslimat öncesinde malzeme tipini ve miktarını içeren listeyi Kardiyoloji AD Teknik Komisyonunu arayarak almalı ve bu liste doğrultusunda teslimat yapılmalıdır.
- Firma malzemenin teslim tarihinden itibaren Kardiyoloji AD' nın istediği zaman son kullanma tarihi en az 3 ay olan malzemeyi yine Kardiyoloji AD tarafından belirlenen ölçü ve sayıda, miyadı en az 2 yıl olan aynı markadaki malzemeyle en geç 15 gün içerisinde değiştirmekle yükümlü olacaktır.
- malzemeler üts ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
58576 - 37235

Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F (KR1059)

- 1- Sol, sađ Judkins, sađ 3D RC ya da Williams Right řeklinde olmalıdır.
- 2- Radyoopak özelliđi yüksek olmalıdır.
- 3- Birebir tork özelliđi göstermelidir.
- 4- Gövdesi braided yapıda ve atravmatik, ucu soft olmalıdır.
- 5- Biyokompetibl malzemeden üretilmiř olmalıdır.
- 6-Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlıđı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplanmıř olmalıdır.
- 7- Proximal uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.
- 8-En az 100cm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmelidir.
- 9-Sađ judkins 3,5-4-5-6 ve sol judkins 3,5-4-4,5-5-6 tiplerinde olmalıdır.
- 10- Klinik tarafından ihtiyaca göre sonradan belirtilecek sayılarda sađ-sol Judkins ve sađ koroner için 3DRC kateterler firma tarafından sayı kısıtlaması olmaksızın temin edilecektir
- 11- Kateter tek parça halinde yekpare yapıda olmalı. Kateter ucu ekleme yada yapıştırma olmamalıdır.

Prof.Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576-137735