

Paslanmaz Çelik Stent

- 1- Tubuler veya Multilink design şekil taşımali, balon expandable olmalıdır.
- 2-Paslanmaz çelikten üretilmelidir.
- 3-Radyoopasitesi görülmeyecek kadar az, lezyonu gizleyecek kadar yüksek olmamalıdır.
- 4-Stentin balonu üzerinde radyoopak marker bulunmalı, balon markerları stent uçlarından daha dışarıda olmamalı, stent markerlarının arasındaki mesafe stent uzunluğu kadar olmalıdır.
- 5-6 F guiding kateter içinden kolayca implante edilebilmelidir.
- 6-Malzeme teslim tarihinde en az 18 ay miyadlı olmalıdır.
- 7- Balon ekspanse olduğunda stent uzunluğu değişmemelidir.
- 8-Radyal gücü ve fleksibilitesi iyi olmalıdır.
- 9- Stent strutları tek noktadan bağlantılı ve tam açık hücreli tasarıma sahip olmalıdır ve yan dal geçişini kolaylaştırmalıdır.
- 10-Stentin strut kalınlığı 0,0040 inchi geçmemelidir.
- 11-Stentin shaftı hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 12-Distal shaft kalınlığı 2,7 frenchi geçmemelidir.
- 13-Ihaleyi kazanan firma, uzunlukları artı-eksi 2mm değişebilen, aşağıda milimetre cinsinden belirtilen

2.25-12-14 mm	2.5-12-14mm	2.75-12-14mm			
3.0-8	3.0-12				
3.5-8	3.5-12	3.5-16	3.5-20	3.5-24	3.5-28
3.75-8	3.75-12	3.75-16	3.75-20	3.75-24	3.75-28
4.0-8	4.0-12	4.0-16	4.0-20	4.0-24	4.0-28
4.25-8	4.25-12	4.25-16	4.25-20		
4.5-8	4.5-12	4.5-16	4.5-20		

ölçülerindeki stentleri teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra stentlerin kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki stent teslim alınacaktır. Bu durum son stent kullanıldığı güne kadar devam edecek, son stent kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaya fazladan verilmiş stentler iade edilecektir.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37285

İnflatör-Deflatör

- 1- Dilatasyon balonunun şişirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
- 2- 20cc kapasiteli ve 30 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalıdır.
- 3- Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmelidir.
- 4- Şişirme cihazı hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye, yüksek basınçlarda dahi hızlı basınç azaltmaya elverişli olmalıdır.
- 5- Şişirme cihazı, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamül olmalıdır.
- 6- Sistem şişirme ünitesi (hazne), basınç skalası (manometre) yüksek basınç hattı ve üç yol musluk (stopcock) ünitelerinden oluşmalıdır.
- 7- Steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 8- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 9- Malzeme teslim tarihinde en az 18 ay miyadlı olmalıdır.

Prof.Dr. Ali Rıza BILGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.035 inç Yumuşak Uçlu

1-180-260cm uzunlukta, **hidrofilik** özellikte ve yüksek taşıma özelliğine sahip olmalıdır.

2-Guide wire çekirdeğinde süper esnek özel nikel titanyum alaşımından yapılmış radiopak solid bir metal içermelidir

3-Bu metalin üzeri özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

4-Guide wire'in en dış kısmı ise kaygan olması amacı ile hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

5-Guide wire,in en dışı su veya kan gibi biyolojik sıvılarla temas ettiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (Oleik asit esterlenmiş formu) hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır.

6-Guide wire,in ucu atravmatik olmalıdır.

7-Merkezdeki super esnek öz guide wire' in ucuna 3cm kala bitmelidir. Guide wire hidrofilik özelliği sayesinde biyolojik ortamda zor ve tortuyoz damarlardan rahatlıkla geçebilmelidir.

8-Super esnek guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilecek kuvvetli şekil hafızasına sahip olmalıdır.

9-Malzeme teslim tarihinde en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.

Prof.Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37238

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KARŞI YOLKATI) ... ANABİLİM DALI ... ANIYO ... LAB.

* İsteğe Bulunan Birim İsmi Yazılacak

S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Yarın) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	- İnflüvör Deflatör	200	Adet (ay)	Aniyo Lab. Bulunulmaması				 / / 201..	K11006	
2	- Paslanmaz Çelik Stent	30	Adet (ay)	" "				 / / 201..	K11150	
3	- Koroner Kılavuz Seti 0.035 inç yuvarlak uçlu	50	Adet (ay)	" "				 / / 201..	K11067	
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		
			 (ay)					 / / 201..		

Prof. Dr. Ay Kızı...
Kalp Hastalıkları Uzmanı
* İsteğe Bulunan Birim İsmi Yazılacak

* İnceleyen