

ROADRUNNER HİDROFİLİK KAPLI PC WIRE GUIDES 0,038

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürolojik prosedürler sırasında yol açmak ve tıbbi cihazların yerleştirilmesi ve değiştirilmesinde yardımcı olmak için kullanılmalıdır.
2. Kılavuz tel nitinol materyalden imal edilmiş ve bu sayede maksimum defleksiyon sağlamalı, kink oluşumunu engelleyecek özellikte tasarlanmış olmalıdır.
3. Kılavuz telin esnek ucu; geçtiği doku veya cihazların iç lümenlerinin travmatize olmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Kılavuz telin uç kısmı floroskopik görüntüleme esnasında yüksek görünürlük sağlamaya olanak sağlayacak şekilde platinden imal edilmiş olmalıdır.
5. Hidrofilik kaplamaya sahip olmalıdır ve bire bir tork özelliği olmalıdır.
6. Kılavuz telin standart ve sert shaft seçenekleri bulunmalıdır.
7. Kılavuz telin düz ve açılı uç seçenekleri olmalıdır.
8. Nitinol üzerine tamamı slip coat hidrofilik kaplı polyurethane olmalıdır.
9. Guide wire , 0.038 inch çapta ve 145 cm uzunlukta olmalıdır.
10. Guide wire i manipüle edebilmek için plastikten üretilmiş Torque cihazı olmalıdır.
11. Uc kısmının 8 cm i fleksible olmalıdır.
12. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
13. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14. Ürünün CE belgesi olmalıdır.