

SIRA NO:18 AVİZE IŞIK (CHANDELIER)

- 1- Hastanemizde bulunan Alcon marka Vitrektomi cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Fiber optik İllüminatörün cihaz bağlantısını sağlayan fiber optik kablo araya konan herhangi bir konnektöre gerek duymadan özel bir bağlantı ucu ile direk cihaza bağlanmalıdır.
- 3- Fiber optik İllüminatör 25 G kalınlığında kesiden geçebilmeli, paketin içinden 23 ga trocar seti ile beraber MVR bıçak ve bimanuel kullanıma uygun özel bir trokar sistemle skleraya fikse edilebilmelidir.
- 4- Bullet type geniş açılı olmalıdır.
- 5- Fiber optik İllüminatör kullanılacağı cihazı üreten firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 6- Teslim tarihinden itibaren 18 ay miatlı olmalıdır.
- 7- Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıtlarında olmalıdır.



10 tane

671118