

10.000

KONDOM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Doğal lateks kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Şeffaf olmalıdır.
- 3.Kokusuz olmalıdır.
- 4.Desensiz olmalıdır.
- 5.Spermisid içermiyor olması gerekmektedir.
- 6.Esnek olmalıdır.
- 7.Genişliği 52+2 mm. olmalıdır.
- 8.UBB veya UTS kaydı olmalıdır.

Prof.Dr.Semra OBUÇ KOLTAN
Celsi Bayar Onk. Kadın Hast.ve
Doğum/Anabilim
Dip.No:87/AA/152
Tesc.No:38699